

Soluscope™ PAA



Desinfectiemiddel voor geautomatiseerde reprocessing van endoscopen

Desinfectiemiddel voor flexibele endoscopen. Uitsluitend voor gebruik in was- en desinfectiemachines Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 en Soluscope Serie XS

- Desinfektionsmittel auf Peressigsäurebasis
- Breites antimikrobielles Wirkungsspektrum
- Entspricht der Norm EN ISO 15883-4
- Kompatibel mit flexiblen Endoscopen zahlreicher Hersteller
- Verschluss mit Verriegelungssystem und in den Kanister integrierter Kanüle



Soluscope™ PAA

Desinfectiemiddel voor flexibele endoscopen. Uitsluitend voor gebruik in was- en desinfectiemachines Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 en Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 4 PA



Soluscope Serie XS



Soluscope Serie 5

Productsamenstelling

- 5% (w/w) Peressigsäure
- Stabilisatoren

Producteigenschappen

- Aufbewahrungsdauer: 24 Monate, ungeöffnet
- Uiterlijk: helder en kleurloos
- Geruch: karakteristisch
- pH-Wert des reinen Produkts: 1-4,2*
- Spezifisches Gewicht bei 20 °C: 1.10-1.13
- Brekingsindex: 1,35-1,37
- Viskosität: < 10 mPa/s

*Messungen des pH-Wertes unter Gebrauchsbedingungen mittels pH-Meter mit Temperaturkompensation

Microbiologische eigenschappen

Claims/Voorwaarden	Concentratie	Contacttijd	Temperatuur
Soluscope Serie 4 PA (in WD) and Soluscope Serie 5 (in WD)			
Bakterizid* (EN 13727, EN 14561), Mykobakterizid* (EN 14348, EN 14563), Fungizid* (EN 13624, EN 14562) & Viruzid* (EN 14476, EN 17111)	1.8%	3 min	40°C
Soluscope Serie XS (in WD)			
Bakterizid* (EN 13727, EN 14561), Mykobakterizid* (EN 14348, EN 14563), Fungizid* (EN 13624, EN 14562) & Viruzid* (EN 14476, EN 17111)	1.0%	6 min	40°C

Raadpleeg de handleiding van de reinigingsmachine-desinfector voor de gebruiksvoorwaarden * = saubere Bedingungen

Verpakking en bestelinformatie

Product	Verpakkingseenheid	Bestelcode
Soluscope PAA	2 x 5 L	3139032



SOLUSCOPE SAS
(an Ecolab Company)
100, Rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France



Gebruiksaanwijzing

Konzentrierte Lösung

- Kanister aufstellen
- Den grauen, mit dem Soluscope Serie 4 PA, Soluscope Serie 5 oder Soluscope Serie XS verbundenen Verschluss auf den Kanister schrauben
- Sicherstellen, dass die Lüftungsöffnung nicht verstopft ist
- Automatische Einstellung der Zyklusparameter durch das Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Siehe Bedienungsanleitung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes

Haltbarkeit nach Anbruch: 2 Monate bei Anschluss an das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (das Anbruchdatum an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Etikett vermerken).

Bewaren

Waarschuwing - neem de voorzorgsmaatregelen in acht (opgemaakt volgens de geldende Europese richtlijnen betreffende de classificatie en etikettering van chemische producten). Bewaren tussen +5 °C en +25 °C.

Veilig gebruik van medische hulpmiddelen

Klasse IIb

Lees het etiket en de productinformatie.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.