# Aniosyme X3



## Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

- Formule brevetée
- Complexe tri-enzymatique
- Produit non corrosif pour les matériaux




ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

# Aniosyme X3

Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation


## Donnees physico-chimiques

- Efficacité démontrée (PND*)
  *Pouvoir Nettoyant Dégraissant
- pH neutre : compatible avec les alliages d'aluminium
- Formulé sans chlorure : effet anticorrosif vis-à-vis des matériaux
- Compatible avec les ultra-sons
- Liquide limpide bleu
- pH après dilution (0,5 %) en eau du réseau : environ 7,5

## Mode d'emploi





Solution concentrée. Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. S'utilise en trempage à la dilution requise, en respectant le temps de contact indiqué.




Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Brosser si présence de souillures apparentes.




Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.




Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

## Proprietes microbiologiques

| Activité/Conditions | Concentration | Temps de contact |
|---|---|---|
| Bactéricide*<br>Selon EN 13727 and EN 14561 | 0.5 % | 7 min |
| Levuricide*<br>Selon EN 13624 and EN 14562 | 0.5 % | 30 min |
| Actif sur les virus enveloppés*<br>Selon EN 14476/EN 17111 | 0.5 % | 7 min |

*=Conditions de saleté

## Information

| Produit | Conditionnement | Référence |
|---|---|---|
| Aniosyme X3 | 12 x 1 L doseur | 26330956C |
| Aniosyme X3 | 4 x 5 L + pompe | 26330366C |
| Aniosyme X3 | 2 x 5 L pour DG3 | 26330386C |

## Indications

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

## Mode d'emploi

1. Solution concentrée. Amorcez la pompe associée avant la première utilisation. S'utilise en trempage à la dilution requise, en respectant le temps de contact indiqué.
2. Immerger totalement le dispositif médical. Garder le bain de trempage couvert pendant le temps de contact. Brosser si présence de souillures apparentes.
3. Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.
4. Remplacer la solution dès que celle-ci est visiblement souillée et au minimum une fois par jour pour maintenir l'efficacité du produit.

## Composition

Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

## Conditions de stockage


Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : entre +5°C et +25°C.

## Certificats

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes d'ANIOSYME X3 est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

## Pour une utilisation en toute securite des dispositifs medicaux

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.




*USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.*

CE 0459
**LABORATOIRES ANIOS**
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

© 2026 Ecolab USA Inc. All rights reserved. HC-IR-A.X3-5016-2-BE.FR-0926